

Prüfbescheinigung

Sehr geehrter Herr Wörner,

im Rahmen der Funktionsprüfung und Kalibrierung in der Müllverbrennungsanlage Nürnberg (Untersuchungszeitraum KW 46/ 2019) wurden die von Ihnen entwickelten Halter „PUL5000 / PUL6000 / PUL7000“ für den HovaPOR® Verdampfer am ABB ACF5000 Analysator getestet.

Folgende Komponenten wurden vor Ort über den Verdampfer in Verbindung mit den Halter aufgegeben:
NH₃, HCL, CO, NO, SO₂, Cges, CO₂, H₂O und O₂.

Bei der Durchführung der Prüfungen für die Null- und Referenzpunktkontrolle, Linearitätskontrolle und Querempfindlichkeiten wurden bei dem Einsatz der Halter keine störenden Einflüsse auf die Qualität der eingesetzten Prüfmittel (Prüfgasaufgabe, Flüssigkeitsverdampfung) festgestellt.

Mit freundlichen Grüßen



Stefan Bernecker (staatl. gepr. Umweltschutztechniker)